

TA411PA-21 (33%RH)、TA411PA-22 (75%RH)

湿度校正ポット

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用にあたり次のことにご注意ください。

- ・この湿度校正ポットは TA411CS、TA411PC、TA408CE 専用になります。
その他製品にはご使用にならないでください。
- ・湿度校正ポットの湿度は環境温度に影響されますので、ご使用時には容器に貼られているラベルからそのときの湿度を換算してください。
また、作業時の環境温度は一定に保つようにしてください。
- ・ポットの水位は貼られたラベルの MAX から MIN の間にあることを確認してください。
この範囲にない場合は正確な湿度を保つことができません。
- ・使用後はキャップを確実に締めてください。
- ・内部に液漏れやひび割れがあった場合は使用しないでください。



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20
TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270
<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンター**へ TEL 06-6748-9240

TA411PA-21 (33%RH)、TA411PA-22 (75%RH)

湿度校正ポット

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用にあたり次のことにご注意ください。

- ・この湿度校正ポットは TA411CS、TA411PC、TA408CE 専用になります。
その他製品にはご使用にならないでください。
- ・湿度校正ポットの湿度は環境温度に影響されますので、ご使用時には容器に貼られているラベルからそのときの湿度を換算してください。
また、作業時の環境温度は一定に保つようにしてください。
- ・ポットの水位は貼られたラベルの MAX から MIN の間にあることを確認してください。
この範囲にない場合は正確な湿度を保つことができません。
- ・使用後はキャップを確実に締めてください。
- ・内部に液漏れやひび割れがあった場合は使用しないでください。



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20
TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270
<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンター**へ TEL 06-6748-9240